



CTY TNHH MTV TM CÔNG NGHỆ **TÂN KIỀU**

ĐC: 64 Trần Bạch Đằng, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

MST: 1801344798

ĐT: 0710 6 505 737

Website: tankieu.vn

Fax: 07103 89 45 27

Email: salestankieu@gmail.com

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Công ty Tân Kiều xin gửi đến khách hàng thông tin sản phẩm như sau:

TEST NƯỚC KIỂM KH SERA

Hãng sản xuất: Sera – Đức

Quy cách: Hộp 100 lần test.



Ứng dụng:

Kiểm tra độ kiềm trong môi trường nước (ao nuôi trồng thủy sản).

Cung cấp bao gồm

- 1 lọ Sera KH Test 15ml.
- 1 ống nghiệm chia vạch.
- Hướng dẫn sử dụng.
- Hộp đựng.

Hướng dẫn sử dụng:

Làm sạch trong và ngoài lọ thủy tinh bằng nước máy trước và sau mỗi lần kiểm tra. Lắc đều chai thuốc thử trước khi sử dụng.

Rửa lọ thủy tinh nhiều lần bằng mẫu nước cần kiểm tra, sau đó đổ 5ml mẫu nước vào lọ. Lau khô bên ngoài lọ.

Nhỏ từng giọt thuốc thử vào lọ thủy tinh chứa mẫu nước cần kiểm tra, lắc đều mẫu nước sau mỗi giọt cho đến khi chuyển màu từ xanh sang vàng.

Lấy số giọt thuốc thử nhân với 17,9 sẽ tính được hàm lượng mg/l CaCO_3 hoặc nhân với 21,8 sẽ tính được hàm lượng mg/l HCO_3^- .

Bảo quản:

Đóng nắp chai thuốc thử ngay sau khi sử dụng, lưu trữ nơi thoáng mát và để tránh xa tầm tay trẻ em.

